

Technický dotaz k veřejné zakázce na dodávku hlubokomrazícího boxu

Na technický dotaz k objemu mrazícího boxu, jeho spotřebě a vybavení odpovídáme, že výběrové řízení je již zadáno s veškerými specifikacemi. Maximální spotřeba hlubokomrazícího boxu na den je pro nás důležitá z důvodu úspory a především eventuelního nouzového provozu při přerušení dodávek elektrického proudu, kdy bude nutné dodávat elektřinu z benzínových elektrocentrál. Jakékoliv další vybavení hlubokomrazícího boxu je samozřejmě možné nabídnout.

Nabídky budou posouzeny a vyhodnoceny komisí, která se bude řídit pravidly soutěže.

Jana Malá